

**Бюджетное учреждение  
здравоохранения  
Удмуртская Республика  
«Республиканский  
наркологический диспансер»  
Министерства здравоохранения  
Удмуртской Республики»**  
пос. Машиностроителей, 117, г. Ижевск, 426021  
тел./факс: (3412) 71-48-48  
e-mail: [rndmzur@yandex.ru](mailto:rndmzur@yandex.ru)  
ОКПО 05195741, ОГРН 1021801168454  
ИНН/КПП 1831040854 /183201001

Главному внештатному специалисту  
психиатру-наркологу Минздрава  
России, Президенту Московского  
научно-практического центра  
наркологии ДЗМ  
Е.А. Брюну

От 07.04.2020 № 532  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемый Евгений Алексеевич!

При организации государственных закупок диагностических реагентов для определения синтетических аналогов каннабиноидов, которые должны быть совместимы с анализатором для химико-токсикологических исследований ИК-200609, необходимых для нужд нашей организации, мы столкнулись со следующей проблемой.

1. По информации с сайта Росздравнадзора, на территории РФ отсутствуют зарегистрированные товары для выявления синтетических аналогов каннабиноидов (спайсов), совместимые с анализатором для химико-токсикологических исследований ИК-200609.

2. В официальном письме Росздравнадзора, от 28.10.2013г. №16н-1271/13, сообщается, что реагенты диагностические (in vitro) в наборах для химико-токсикологических исследований веществ, вызывающих интоксикацию, наркотическое опьянение, ИК-200609 и Анализатор для химико-токсикологических исследований ИК-200609 – не используются для определения синтетических каннабиноидов (спайсов): JWH, AM, MN, O, URB, CP, HU, HC, A, АКВ, ЛТЕ, РТС, STS, PN, адамантан.

3. В Регистрационном удостоверении №ФСЗ 2010/07074, выданном «Т энд Инновационен ГмбХ», Германия, указаны только «Реагенты диагностические (in vitro) в наборах для химико-токсикологических исследований веществ, вызывающих интоксикацию, наркотическое опьянение, ИК-200609», без конкретизации по видам выявляемых психоактивных веществ.

На основании изложенного, просим Вас помочь нам разобраться в сложившейся ситуации и определить, не нарушим ли мы требования Росздравнадзора (в сфере оборота на территории РФ только зарегистрированных изделий медицинского назначения) при применении Реагентов диагностических (для ИК-200609), **которые предназначены для определения синтетических аналогов каннабиноидов**, в рамках исполнения приказов Минздрава России №№: 933н; 441н; 266н; 39н.

Главный врач



Т.Б. Карлова.

Исп. Иванов А.С. т.(3412)540-207.